

PRINTER CSATLAKOZTATÁSA ERI DENZITOMÉTERHEZ

Kiss Attila, Dr. Börzsök Sándor

SZOTE Klinikai Központi Kémiai Laboratórium
6720 Szeged, Somogyi Béla-tér 1.

Az ujitók által konstruált készülék alkalmas papír és gél elektroforezis eredményének gyors és pontos leolvasására. Az eddig is megkapott grafikus ábra mellett kiírja az egyes frakciók értékét, azok összegét, az értékeket azonosító számmal látja el és jelzi a grafikonon a vágás helyét.

Az NDK gyártmányu ERI /Karl Zeiss Jena/ típusu denzitometerhez csatlakoztattak egy EMG Thermal Printert megfelelő átalakitással. A műszer maradéktalanul eleget tesz a pontossági követelményeknek. Hasonló műszer csak tőkés relációból szerezhető be.

Iktatási száma: 16/1987