

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Intraoperative HDR Brachytherapy: Present and Future

1. Bij ingebruikname van nieuwe dosioptimalisatie algoritmes moeten voor iedere klinische toepassing de gevolgen ten aanzien van het bestraalde volume, de target coverage, en dus de dosisnormalisatie en –specificatie goed onderzocht worden.
2. Grafische optimalisatie is een krachtig maar (onacceptabel) tijdrovend hulpmiddel in brachytherapie planning.
3. De extra vrijheidsgraad van de IBU lokalisator wordt teniet gedaan bij filmless planning, omdat de C-arm hoek beperkt wordt tot die hoeken waarvoor de correctie van de magnetische beeldverstoring gekalibreerd is.
4. Ondanks een grote variatie in frequenties, methodieken en tijdsbelasting van brachytherapie kwaliteitscontroles wordt in Nederland en België een hoge nauwkeurigheid in geometrische reconstructie en dosisafgifte bereikt.
5. De systematische onzekerheid in de kalibratie van een Iridium-192 HDR of PDR bron dient met 1% verhoogd te worden indien gebruik gemaakt wordt van de Goetsch methode.
6. Ware emancipatie is als man en vrouw deeltijdwerk combineren met de zorg voor hun kinderen, en dit hun carrière niet beïnvloedt. (*C.L. Creutzberg 1998*)
7. Goede huiswerkbegeleiding is gebaat bij regelmatige bijscholing van de ouders, gezien de continue veranderingen in het onderwijs.
8. De dagelijkse omgang op jonge leeftijd met kinderen van verschillende nationaliteiten op de Europese School is een uitstekende basis voor het aanleren van vreemde talen.
9. Gezien de hoeveelheid asfalt in Nederland is het aantal SUV's verbazingwekkend.
10. Het is goed zó te leven dat je tevreden kunt zijn wanneer je morgen dood gaat.
11. Het stellen van prioriteiten verdient prioriteit.