

INTEGRIRANI UREĐAJ ZA MJERENJE FIZIOLOŠKIH PARAMETARA LJUDSKOG TIJELA PRI EGZAKTNOM VREDNOVANJU TOPLINSKE UDOPNOSTI ODJEĆE

Prof.dr.sc. **Dubravko Rogale**, redoviti član HATZ-a; prof.dr.sc. **Snježana Firšt Rogale**, član suradnik HATZ-a;
doc. dr. sc. Željko Knezić; prof.dr.sc.
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dubravko.rogale@ttf.hr; sfrogale@ttf.hr; zeljko.knezic@ttf.hr;


Sažetak: Opisana je inovacija namijenjena egzaktnom mjerenu pri ocjenjivanju toplinske ugode nošenja odjevnih predmeta za razliku od subjektivnog ocjenjivanja putem anketiranja nositelja odjeće. Pri anketiranju je zamijećeno široko odstupanje ocjena s obzirom da subjektivna ocjena ovisi o promjenjivom psihofiziološkom osjećaju. Ovom inovacijom mjeri se srednja temperatura kože metodom više termometara, vanjska temperatura i relativna vlažnost zraka, temperatura i relativna vlažnost mikroklima u odjeći te između slojeva u odjeći kao i srčani puls nositelja odjeće pri ocjenjivanju čime se dobivaju znatno točniji rezultati ocjena toplinske ugode nošenja.

1. Uvod

Subjektivno ocjenjivanje toplinske ugode tijekom nošenja odjeće je vrlo subjektivno i ocjene ugode se vrlo razlikuju u raznih ljudi pri istim parametrima stanja okoliša i pri istoj fizičkoj aktivnosti nositelja odjeće. Da se sprijeći veliko rasipanje rezultata ocjenjivanja toplinske ugode nošenja odjeće konstruiran je uređaj koji ocjenu donosi na temelju izračuna srednje temperature kože nositelja. To je znatno precizniji podatak za donošenje ocjene jer ne ovisi o subjektivnom osjećaju. Pri ocjeni je moguće valorizirati i utjecaj relativne vlažnosti zraka u okolišu, slojevima odjeće i u mikroklimi između odjevnog predmeta i nositelja odjeće. Mjerenje srčanog pulsa je ugrađeno da se rano detektira mogućnost toplinskog udara ako se nositelj odjevnog predmeta izvrgne previsokim temperaturama okoliša ili pojačanoj tjelesnoj aktivnosti.

2. Opis inovacije

Mjerni uređaj se fizički sastoji od centralne jedinice na koju je povezan multiplekser, sl. 1., s 20 ulaza za temperaturna osjetila, 6 ulaza za osjetila relativne vlažnosti zraka i jednim ulazom za signal srčanog pulsa, sl. 1.



Sl. 1. Multiplekser za mjerne sonde i izgled senzora temperature, relativne vlažnosti zraka i srčanog pulsa

Na sl.1. su također vidljivi oblici sondi na kojima su osjetila, Zeleni diskovi su temperaturne sonde, a crni dio u sredini je u digitalno osjetilo temperature. Zeleni disk je izrađen od vitroplasta (plastike ojačane armaturom od staklenih vlakana) i štiti središnje osjetilo te omogućuje priključak mjernog kabla. Plosnati oblik omogućuje lagan smještaj sonde unutar slojeva laminata ili se brzo i jednostavno lijepi na kožu medicinskim flasterom.

Sonda za mjerjenja relativne vlažnosti zraka je u obliku malog valjka iz kojeg izlazi mjerni kabl. Spomenuti valjak je metalna cjevčica, otvorena na gornjem kraju, u kojoj je smješteno osjetilo. Na taj način je osjetilo zaštićeno od mehaničkog djelovanja tijekom nošenja odjeće.

Na sl. 2. je prikazana centralna jedinica sustava (niska crna kutija) na koju priključen spomenuti multiplekser sa sondama i osobno računalo za prihvatanje, pohranjivanje, izračun, analizu i prikaz rezultata mjerjenja te za tiskanje protokola o mjerjenju. Na sl. 2. je također prikazan i izgled zaslona monitora s mnogobrojnim prozorima za komunikaciju s mjernim sustavom i za ispis mjernih rezultata i iscrtavanje dijagrama mjerjenja. Također je prikazan i odjevni predmet sa sondama za mjerjenja parametara okoliša, u slojevima odjeće i u mikroklimi odjevnog predmeta.



Sl. 2. Centralna jedinica mjernog sustava, izgled zaslona monitora i način postavljanja mjernih sondi

Toplinska udobnost pri nošenju odjeće i kod ovog sustava se može odrediti subjektivnim izričajem nositelja ili egzaktnim mjerjenjima fizioloških parametara: temperature kože (izmjerene metodom 4, 8 ili 12 definiranih mesta na tijelu nositelja odjevnog predmeta pri čemu se izračunava srednja ponderirana temperatura), relativne vlažnosti zraka u mikroklimi odjeće neposredno uz kožu (što je indikator i mjera znojenja) i frekvencije otkucaja srca.

Integrirani uređaj za mjerjenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće se sastoji od više sklopova i hardverskih povezanih modula te od softvera za povezivanje, usklađen rad i komunikaciju između modula, transfer i obradu podataka:

- modula za mjerjenje temperature kože nositelja odjevnog sustava koji može mjeriti temperaturu kože na 4, 8 ili 12 definiranih mesta na tijelu nositelja te izračunavati srednju ponderiranu temperaturu kože,
- modula za mjerjenje relativne vlažnosti u zoni mikroklima između odjevnog predmeta i kože nositelja (indikator znojenja) odjevnog sustava i za prikaz mjernih rezultata,
- modula za mjerjenje frekvencije otkucaja srca nositelja odjevnog sustava,
- modula za mjerjenje temperature između pojedinih slojeva odjeće za određivanje udjela toplinskog izolacijskog efekta svakog pojedinog sloja u odjevnom sustavu,
- modula za hardversko povezivanje i transfer podataka između multipleksera, centralne jedinice i računala
- softvera za sinkronizaciju mjerjenja, prihvatanje, pohranjivanje, izračun i prikaz rezultata mjerjenja
- softvera za numerički i grafički prikaz mjernih rezultata i ispis mjernog protokola s rezultatima

Ovim uređajem smanjuje se subjektivizam ocjene, a povećava se signifikantnost egzaktnog mjerjenja.

4. Nagrade

Inovacija Integrirani uređaj za mjerjenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće pod autorstvom: Dubravko Rogale, Snježana Firšt Rogale, Krešimir Rogale, Željko Knezić nagrađena

je sljedećim nagradama:

- **Nagrada za najbolju inovaciju u primjenjenoj znanosti**, 41. Inova/12. Budi uzor 2016- hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem, Savez inovatora Hrvatske, sl. 1
- **Posebna nagrada za najbolju znanstvenu komercijalizaciju Smart Specialization** dodijeljena od Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika, 41. Inova/12. Budi uzor 2016 - hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem (za Integrirani uređaj za mjerjenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće)
- **Zlatna medalja**, 41. Inova/12. Budi uzor 2016- hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem, Savez inovatora Hrvatske, sl. 2.



Sl. 1 Nagrada za najbolju inovaciju u primjenjenoj znanosti, INOVA 2016



Sl. 2 Zlatna medalja, INOVA 2016

3. Zaključak

Integrirani uređaj za mjerjenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće zamjenjuje subjektivizam pri ocjenjivanju egzaktnim znanstvenim pristupom i znatno točnijim rezultatima s manjim rasipanjima pri ocjenjivanju. Osim toga, egzaktno se mijere i parametri koji nisu mogli biti obuhvaćeni subjektivnom ocjenom čime se omogućuje bolja prosudba uspješnosti inženjerskog projektiranja toplinskih svojstava odjeće s aspekta toplinske ugode nošenja. Uređaj je instaliran u Laboratoriju za procesne parametre Zavoda za odjervnu tehnologiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Integrirani uređaj će se koristiti i u sklopu istraživačkog projekta IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Zahvala



Rad je izrađen u sklopu istraživačkog projekta IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće (ThermIC) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.