

Mostra Científica da Farmácia

AVALIAÇÃO SITUACIONAL DE UM LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rousylene Santos carneiro Lima¹; Horácio Maia Carneiro Prado²; Carla Patrícia de Almeida Oliveira²; Edilson Martins Rodrigues Neto²; Donato Mileno Barreira Filho²

¹Discente do Curso de Farmácia do Centro Universitário Católica de Quixadá

²Docente do Curso de Farmácia do Centro Universitário Católica de Quixadá

O laboratório é um elemento básico do sistema de saúde, que tem como objetivo auxiliar o diagnóstico, acompanhamento da evolução, tratamento e prevenção de problemas de saúde. O ambiente de laboratório deve ser adequadamente projetado e dimensionado de modo a oferecer condições confortáveis e seguras de trabalho. Levando em consideração que em um ambiente sem estrutura adequada, os profissionais que ali trabalham, não iram conseguir desenvolver todas suas atividades, prejudicando assim o andamento do laboratório e tendo em vista a não obrigatoriedade de participação dos laboratórios clínicos de aderirem a um programa de controle de qualidade. O diagnóstico situacional é um mecanismo que ajuda a conhecer os problemas e as necessidades encontradas no ambiente a ser estudado, assim como facilitará conhecer a organização dos serviços do laboratório. A organização inadequada dos laboratórios de análises clínicas que envolvem o sistema de saúde, colabora para um ambiente desfavorável para os usuários e para os profissionais. Dessa forma o presente trabalho torna-se necessário, para contribuir de forma satisfatória para os usuários e profissionais do laboratório. O objetivo geral do trabalho é Realizar diagnóstico situacional do laboratório público de análises clínicas do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré da Cidade de Capistrano-CE. Trata-se de um estudo analítico, com abordagem descritiva, prospectivo e qualitativo. O estudo foi realizado no laboratório público de análise clínicas do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré localizada na Rua José Saraiva Sobrinho, no município de Capistrano – CE, no período de agosto à outubro de 2015. Irá ser utilizado um manual de inspeção baseado na RDC 302/2005 e RDC 50 /2002, como instrumento de coleta de dados. Com a realização do diagnóstico situacional do laboratório público de análises clínicas do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré da cidade de Capistrano-CE, foi verificado que há várias não conformidades em relação as RDC's RDC 302/2005 e RDC 50/2002 entre elas destacamos, a não adesão á controles de qualidade, prejudicando assim o andamento do laboratório e consequentemente os resultados dos exames. Esse trabalho ficara a disposição da secretaria de saúde do município em estudo, a fim de contribuir para seu desenvolvimento. Em busca de melhorias e mais rapidez no diagnóstico dos pacientes, temos que sempre propor e implantar medidas que ajudem a melhorar e garantir resultados mais precisos e seguros, contribuindo assim com a sociedade.

Palavras-chave: Laboratório. Sistema de Qualidade. RDC 302/2005 e RDC 50/2002.