

2540

TELECONSULTA NAS ORIENTAÇÕES DE COLONOSCOPIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19: ENGAJAMENTO DE UMA NOVA ROTINA EM UM HOSPITAL ESCOLA DO SUL DO BRASIL

CATEGORIA DO TRABALHO: PRÁTICAS INSTITUCIONAIS INOVADORAS

Márcia Kuck, Ivana Trevisan, Adriana Maria Alexandre Henriques, Rosaura Soares Paczek, Elizete de Souza Bueno, Claudia Carina Conceição Dos Santos, Ana Karina Silva da Rocha Tanaka
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Introdução: Diante do novo cenário vivenciado pela pandemia da Covid-19, adequações no ambiente de trabalho foram necessárias, assim como rotinas engajadas na promoção e proteção da saúde do colaborador e dos pacientes. A internet está presente em nossa sociedade, pois agiliza a transmissão de informações de forma segura, e a teleconsulta é uma realidade nos dias atuais. A colonoscopia é um exame padrão ouro para detecção de câncer colorretal, permitindo visualizar toda a mucosa do colon, exigindo um preparo minucioso, sendo que as orientações para o preparo devem ficar claras e rigorosamente seguidas, o profissional enfermeiro é o responsável em transmitir essas orientações. **Objetivo:** Relatar a experiência dos enfermeiros atuantes em um centro cirúrgico ambulatorial sobre a teleconsulta para a orientação de preparo de colonoscopia. **Metodologia:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência sobre a utilização da teleconsulta de enfermagem em um hospital escola de grande porte no sul do Brasil. **Resultados:** Observando as normas e exigências da Organização Mundial de Saúde (OMS), e os procedimentos operacionais padrão (POPs) institucionais, foi possível estabelecer uma nova rotina na sistemática da consulta de enfermagem para a orientação dos exames de colonoscopia. Foi estabelecido um fluxo de rotina para a consulta de enfermagem e orientação dos exames de colonoscopia de forma a atender as necessidades dos pacientes /clientes, visando aperfeiçoar a segurança do executor, além de terem sido revistas e atualizadas algumas rotinas: após a consulta médica o cliente agenda a teleconsulta, e recebe um formulário de orientação impresso. Com o dia da ligação agendado, as orientações de enfermagem passaram a ocorrer via telefone, a enfermeira faz o registro da teleconsulta nos sistema eletrônico da instituição, e ao término da consulta é enviado a foto do formulário preenchido para o paciente. **Conclusão:** Analisar a pandemia nos remete a uma reflexão que nos une ao conhecimento pré-existente e nos impulsiona a buscar um novo conhecimento, tendo como resultado final prestar uma assistência cada vez mais de qualidade e respeito ao ser humano. Baseada na prática realizada pelas enfermeiras, observou-se que as orientações realizadas por telefone durante a consulta de Enfermagem proporcionam uma adesão efetiva, garantindo a realização do exame, pois o preparo tem se mostrado eficiente demonstrando a qualidade assistencial.

2620

O USO DE SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL HIDROFÍLICA/HIDROFÓBICA PARA PREVENIR PACOTES MOLHADOS EM UM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

CATEGORIA DO TRABALHO: PRÁTICAS INSTITUCIONAIS INOVADORAS

Crislaine Pires Padilha Paim, Daniela Silva Dos Santos Schneider, Sara Satie Yamamoto, Carlise Rigon Dalla Nora, Isadora Marinsaldi, Zuleimar Melo da Silva, Letícia Toss, Glaunise Pauletti Hebling Guimarães
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Introdução: Os pacotes molhados são uma das inconformidades encontradas em um Centro de Material e Esterilização (CME)(1-2), podendo constituir-se em evento adverso quando envolve principalmente Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) ocasionando cancelamento cirúrgico(3), atraso e/ou mudança de técnica cirúrgica. É considerado pacote molhado qualquer umidade absoluta visível dentro ou fora de um sistema de barreira estéril após a esterilização e período de resfriamento adequado(1). Estudos descrevem algumas melhorias que podem ser realizadas pelo CME e engenharia na busca da padronização da carga seca ao final do ciclo, como: adição de campo absorvente nas caixas, aumento da pressão da câmara externa, aumento do intervalo de tempo da rampa de aquecimento e aumento do intervalo de tempo de secagem(4-5). Contudo, sabe-se na prática que a montagem da carga e o tipo de embalagem podem influenciar neste processo. **Objetivos:** Relatar o uso de sistema de barreira estéril hidrofílica/hidrofóbica para prevenir pacotes molhados em um Centro de Material e Esterilização. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de oito enfermeiras de um hospital universitário do sul do Brasil entre os meses de novembro de 2020 a abril de 2021. Não foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Entretanto, foram respeitados os preceitos éticos,